



Lublin, dnia 06 września 2017 r.

**otrzymują
Uczestnicy postępowania
wg rozdzielnika**

dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa odczynników i materiałów laboratoryjnych do badań genetycznych i chemicznych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie” (spr. 70/06/17/SZP/D).

Informuję, że do Zamawiającego w w/w postępowaniu wpłynęły pytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Zgodnie z art. 38 ust. 1a i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. *Prawo zamówień publicznych* (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), Zamawiający przedstawia poniżej ich treść wraz z odpowiedziami.

(dotyczy pakietu nr VI)

Pytanie nr 1:

„Poz.1 Czy Zamawiający dopuści inserty szklane o pojemności 100ul i wymiarach 5 x 29mm ?”

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza insertów szklanych o pojemności 100 µl i wymiarach 5x29 mm, gdyż istnieje prawdopodobieństwo złamania igły chromatograficznej z uwagi na przesunięcie insertu wewnątrz vialsy.

Pytanie nr 2:

„Poz.2 Czy Zamawiający dopuści inserty szklane o pojemności 300ul i wymiarach 6 x 31mm ?”

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w poz. 2 szklanych insertów z płaskim dnem o pojemności 300 µl i wymiarach 6x31mm.

Wobec powyższego, Zamawiający na mocy art. 38 ust. 4 w/w ustawy, dokonuje zmiany SIWZ tj. :
- w kolumnie nr 2 *Przedmiot zamówienia* w poz. nr 2 załącznika nr 1F do SIWZ tj.:

było:

„Inserty szklane pojemność 200– 250 µl”

zmienia się na:

„Inserty szklane pojemność 200– 300 µl”.

- w kolumnie nr 3 *Charakterystyka przedmiotu zamówienia* w poz. nr 2 załącznika nr 1F do SIWZ tj.:

było:

„Inserty szklane: - pojemność 200 – 250 µl, dno płaskie, wymiary insertów: 31 x 5 - 6 mm”.

zmienia się na:

„Inserty szklane: - pojemność 200 – 300 µl, dno płaskie, wymiary insertów: 31 x 5 - 6 mm”.

W załączeniu zmieniony zał. 1F do SIWZ.

Pytanie nr 3:

„Poz. 3 Czy Zamawiający preferuje vialsy szklane z szerszym czy węższym otworem przy zachowaniu pojemności i wymiarów całkowitych?”

Odpowiedź:

Zamawiający preferuje vialsy szklane z szerszym otworem przy zachowaniu pojemności i wymiarów całkowitych.

I Zastępca
Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie

insp. Robert Szwec